



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U.)
Produktzertifizierungsstelle
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Tschechische Republik

ZERTIFIKAT

B-32-00893-17

Hersteller: Volter s.r.o.
Žitná 570/26, 120 00 Praha 2, Tschechische Republik
Identifikationsnummer: 29051886

Produkte: Reha Buggys xRover

Typenbezeichnung: xRover REHA L, xRover REHA M, xRover REHA S
Versionen: siehe Seite 2

Die Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U. (SZU) bestätigt hiermit, dass die Merkmale der Probe der betreffenden Produkte mit den anwendbaren Anforderungen von

ČSN EN 12182:2012 übereinstimmen.


Das Zertifikat wurde auf der Grundlage des durch die SZU ausgestellten Abschlussprotokolls 32-0329 vom 2017-09-15 ausgestellt.

Verwendetes Zertifizierungsprogramm: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, Schema 1a.

Die Regeln für die Verfügung über das Zertifikat sind auf Seite 2 aufgeführt.

Brno, 2017-09-18




Dipl.-Ing. Aleš Onderek
stellvertretender Direktor



Spezifikation von Typen und Varianten:

Der Reha Buggy **xRover REHA L** ist für eine maximale Belastung von 140 kg ausgelegt, wobei das Gewicht der transportierten Person maximal 120 kg beträgt und die maximale Höhe der Person, für die der Reha Buggy bestimmt ist, 185 cm beträgt.

Der Reha Buggy **xRover REHA M** ist für eine maximale Belastung von 90 kg ausgelegt, wobei das Gewicht der transportierten Person maximal 80 kg beträgt und die maximale Höhe der Person, für die der Reha Buggy bestimmt ist, 150 cm beträgt.

Der Reha Buggy **xRover REHA S** ist für eine maximale Belastung von 70 kg ausgelegt, wobei das Gewicht der transportierten Person maximal 44 kg beträgt und die maximale Höhe der Person, für die der Reha Buggy bestimmt ist, 120 cm beträgt.

Weitere technische Parameter und Beschreibung finden Sie in der begleitenden technischen Dokumentation.

REGELN FÜR DIE VERFÜGUNG ÜBER DAS ZERTIFIKAT:

Für die Zwecke der Vermarktung der Produkte darf das Zertifikat nur unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die auf der Seite 1 angegebene normative Unterlage gilt.

Das Zertifikat darf nur als Zertifikat für die auf der Seite 1 und 2 spezifizierten Produkte angewandt werden. Dies gilt auch für die Anwendung in Werbe- und kommerziellen Unterlagen. Unberechtigte oder irreführende Anwendung des Zertifikats kann dessen Entziehung zur Folge haben.

Es ist untersagt die Angaben im Zertifikat zu ändern, zu ergänzen oder zu überschreiben.

Mit dem Zertifikat können nicht Eigenschaften der Produkte belegt werden, bei denen ohne die Zustimmung der Prüfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U. eine Änderung vorgenommen wurde, welche die Konformität mit den auf der Seite 1 spezifizierten technischen Anforderungen beeinflusst.

