



**Strojírenský zkušební ústav, s.p.**  
(Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр.)  
Орган по сертификации продукции  
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Чешская Республика

# СЕРТИФИКАТ

**B-32-00893-17**

изготовитель: ООО «Volter s.r.o.»  
Žitná 570/26, 120 00 Praha 2, Чешская Республика

идентификационный номер: 29051886

изделия: Тележки медицинские xRover

типовое обозначение: xRover REHA L, xRover REHA M, xRover REHA S  
варианты: см. стр. 2

Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр. (SZU) настоящим сертификатом подтверждает, что для образца предметных изделий было установлено соответствие его свойств требованиям

ČSN EN 12182:2012.


Сертификат был выдан на основании заключительного протокола № 32-0329 от 2017-09-15, выданного SZU.

Использованная схема сертификации: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, схема 1a.

Правила обращения с сертификатом приведены на странице 2.

Brno, 2017-09-18



  
Инж. Алеш Ондерек  
Ing. Aleš Onderek  
заместитель директора





#### Спецификация типов и вариантов:

Медицинская тележка **xRover REHA L** предназначена для максимальной нагрузки 140 кг, где вес перевозимого лица составляет не более 120 кг, а максимальный рост лица, для которого предназначена тележка, составляет 185 см.

Медицинская тележка **xRover REHA M** предназначена для максимальной нагрузки 90 кг, где вес перевозимого лица составляет не более 80 кг, а максимальный рост лица, для которого предназначена тележка, составляет 150 см.

Медицинская тележка **xRover REHA S** предназначена для максимальной нагрузки 70 кг, где вес перевозимого лица составляет не более 44 кг, а максимальный рост лица, для которого предназначена тележка, составляет 120 см.

Другие технические параметры и описания приведены в сопроводительной технической документации.

#### ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С СЕРТИФИКАТОМ:

В целях вывода изделия на рынок сертификат разрешается использовать только при условии, если нормативный документ, указанный на странице 1, является действительным.

Сертификат можно использовать только в качестве сертификата изделий, спецификация которых приводится на страницах 1 и 2. То же действует и для применения сертификата в рекламных и коммерческих материалах. Незаконное или обманное использование сертификата может привести к его отзыву.

Запрещается изменять, дополнять или переписывать данные в сертификате.

Сертификатом нельзя подтверждать свойства изделий, у которых без согласия SZU было проведено изменение, влияющее на соответствие техническим требованиям, специфицированным на странице 1.

