



**Strojirenský zkušební ústav, s.p.**  
**(Atelier d'essai des constructions mécaniques, établissement d'État)**  
Organisme de certification pour la certification des produits  
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, République tchèque

# CERTIFICAT

## B-32-00893-17

fabricant : Volter s.r.o.  
Žitná 570/26, 120 00 Praha 2, République tchèque  
numéro d'identification : 29051886

produits: Chariots médicaux xRover

désignation du type : xRover REHA L, xRover REHA M, xRover REHA S  
variantes : voir page 2

Atelier d'essai des constructions mécaniques, établissement d'État (SZU) confirme par le présent Certificat que les caractéristiques du spécimen des produits mentionnés ci-dessus sont conformes aux exigences applicables

ČSN EN 12182:2012.


Ce Certificat a été délivré en fonction du rapport final n° 32-0329 du 15.09.2017, établi par SZU.

Schéma de certification utilisé : ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Les règles d'utilisation de ce certificat sont mentionnées à la page 2.

Brno, le 18.09.2017



  
Ing. Aleš Onderek  
Adjoint au directeur



### Spécification des types et variantes :

Le chariot médical **xRover REHA L** est conçu pour une charge maximale de 140 kg où le poids maximal de la personne transportée est de 120 kg et la hauteur maximale de la personne pour laquelle le chariot est destiné est de 185 cm.

Le chariot médical **xRover REHA M** est conçu pour une charge maximale de 90 kg où le poids maximal de la personne transportée est de 80 kg et la hauteur maximale de la personne pour laquelle le chariot est destiné est de 150 cm.

Le chariot médical **xRover REHA S** est conçu pour une charge maximale de 70 kg où le poids maximal de la personne transportée est de 44 kg et la hauteur maximale de la personne pour laquelle le chariot est destiné est de 120 cm.

Les autres paramètres techniques et la description sont indiqués dans la documentation technique.

### RÈGLES D'UTILISATION DU CERTIFICAT :

À des fins de la commercialisation des produits, il n'est possible d'utiliser ce certificat que si les normes, mentionnées à la page 1 sont valables.

En tant que document de certification, ce certificat ne peut être utilisé que pour les produits spécifiés à la page 1 et 2. Cette condition est également valable en cas d'utilisation dans des documents publicitaires, promotionnels ou commerciaux. Une utilisation non autorisée ou fautive du certificat peut entraîner son retrait.

Il est interdit de modifier, compléter ou transcrire les données contenues dans ce certificat.

Le présent certificat ne s'applique pas aux produits soumis sans l'accord de SZU à une modification pouvant avoir l'influence sur les exigences techniques, spécifiées à la page 1.

